

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

**Wyrób:** Multigas III.4 - przyrząd do pomiarów stężenia gazów

**Opis wyrobu:** Przyrząd do pomiaru stężenia gazów i par wybuchowych, gazów toksycznych i tlenu przeznaczony do kontroli atmosfery na stanowiskach pracy.

**Producent:** PPU EWIMAR-WB  
ul. Raketników 30  
02-495 Warszawa  
tel./fax. +48 22 667-76-79

Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej:

EMC 89/336/EWG + 91/263/EEC, 92/31EEC, 93/68/EEC (uzupełnienia)  
94/9/WE (ATEX)



Wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych:

PN-EN 50270:2002, PN-EN 55022:2000/A1:2002 (U), PN-EN 61000-4/-2/-3:2003  
PN-EN 60079-0:2013 (EN 60079-0:2012), PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012),  
PN-EN 50303:2004 (EN 50303:2002), PN-EN 61779-1:2004 (EN 61779-1:2000),  
PN-EN 61779-2:2004 (EN 61779-2:2000), PN-EN 61779-4:2004 (EN 61779-4:2000),  
PN-EN 50104:2006 (EN 50104:2002)

Zgodność z wymaganiami norm zharmonizowanych stwierdzono na podstawie badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach:

ELTEST      Sprawozdanie z badań nr KK0513P, KK0514P,

GP-CENTRALNE LABORATORIUM BADAŃ TECHNICZNYCH

Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

Sprawozdanie z badań nr CLBT/C/27/2005/EMI, CLBT/C/27/2005/EMS,

oraz w jednostce notyfikowanej nr 1453:

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICICTWA KOPALNIA DOŚWIADCZALNA "BARBARA"

Certyfikat badania typu WE      KDB 06ATEX075X + UZUPEŁNIENIE NR 01 i NR 02

Sprawozdanie      KDB Nr 06.071 [T-5741]

Warszawa 30.08.2013r.

PPU EWIMAR - WB  
Właściciel  
*inż. Włodzimierz Bucholc*